FOLHA DE DADOS

DATA	10/05/18	OS	
DOC. Nº	FD-FARPW-W070A024	0	

CLIENTE: **FARMANGUINHOS / FIOCRUZ**

PROJETO ***SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA - PRÉDIO 70***

INDICADORES DE PRESSÃO SANITÁRIOS

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	PARA APROVAÇÃO	10/05/18	A. Melo	J. Junior	J. Camanho

FOLHA DE DADOS

DATA	10/05/18	OS	
DOC. Nº	FD-FARPW-W070A024	0	

CLIENTE: **FARMANGUINHOS / FIOCRUZ**

PROJETO: ***SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA - PRÉDIO 70***

	ITEM	DESCRIÇÃO			
GERAL	1	IDENTIFICAÇÃO	**PI-010**	**PI-011**	**PI-012**
	2	SERVIÇO	INDICAÇÃO DE PRESSÃO NO ANEL DE ÁGUA PURIFICADA - APÓS BOMBA	INDICAÇÃO DE PRESSÃO NO TK-010	INDICAÇÃO DE PRESSÃO NO ANEL DE ÁGUA PURIFICADA - RETORNO LOOP
COND. OPERAÇÃO	3	FLUIDO	ÁGUA PW	ÁGUA PW	ÁGUA PW
	4	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (MIN/MAX)	13 °C @ 120°C	13 °C @ 120°C	13 °C @ 120°C
	5	PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MIN/MAX)	0 / 12 barg	-1 / 4 barg	0 / 12 barg
	6	DENSIDADE @ TEMP. OPERAÇÃO	999 kg/m^3	-	999 kg/m^3
	7	VISCOSIDADE @ TEMP. OPERAÇÃO	1,09 cP	-	1,09 cP
	8	QUANTIDADE	1	1	1
	9	FLUXOGRAMA	FL-FARPW-W070A0010	FL-FARPW-W070A0010	FL-FARPW-W070A0010
	10	TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO	N/A	N/A	N/A
CARACTERISTICAS	11	TIPO	DIAFRAGMA	DIAFRAGMA	DIAFRAGMA
	12	MONTAGEM	INFERIOR	INFERIOR	INFERIOR
	13	RANGE DO DISPLAY	0 - 12 bar	-1 - 4 bar	0 - 12 bar
	14	RANGE DE MEDIÇÃO	0 - 12 bar	-1 - 4 bar	0 - 12 bar
	15	MATERIAL DA CAIXA	AISI 304	AISI 304	AISI 304
	16	MATERIAL EM CONTATO COM O FLUIDO	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L
	17	MATERIAL DO DIAFRAGMA	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L
	18	FLUIDO DE PREENCHIMENTO	GLICERINA	GLICERINA	GLICERINA
	19	PRECISÃO	± 1% FE	± 1% FE	± 1% FE
	20	TIPO DE CONEXÃO	OD38 - TRI CLAMP	OD38 - TRI CLAMP	OD38 - TRI CLAMP
	21	DIÂMETRO DO MOSTRADOR	100 mm	100 mm	100 mm
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
ACESSÓRIOS	31	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	SIM	SIM	SIM
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
FAB	38	FABRICANTE			
	39	MODELO			

NOTAS:

1 - INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE MATERIAL

2 - INCLUIR NO FORNECIMENTO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM NO MÍNIMO UM ANO DE VALIDADE

3 - INCLUIR NO FORNECIMENTO DESENHOS DIMENSIONAIS